



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Υγείας

5ηΥ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Διεύθυνση Διοικητικού

Οικονομικό Τμήμα

Ημ/νία 25/09/2019

Αρ. πρωτ. 5766

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Ταχ. δ/νση: 33100 Άμφισσα

Πληροφ.: Μήταλας Θεοδωρής

Τηλ.: (22653) 50131

Fax: (22650) 22086

E-mail: diax4@gnamfissas.gr

ΘΕΜΑ ► Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης

ΣΧΕΤ. ► Η με αρ. 5729/24-09-2019 απόφαση Διοικήτριας του Γ. Ν. Άμφισσας

Δημόσια Διαβούλευση

Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική, προβαίνουμε σε Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός Λαρυγγοσκοπίου με Οθόνη, (CPV: 33172000-6) για το Χειρουργείο του Γ. Ν. Άμφισσας και εκτιμώμενης αξίας Επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€).

1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης στον ιστότοπο της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (www.dypethessaly.gr) και του Νοσοκομείου: (www.gnamfissas.gr).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις απόψεις, σχόλια, εισηγήσεις και παρατηρήσεις τους, καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση diax4@gnamfissas.gr

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: (www.gnamfissas.gr), οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.

- Η -

ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ

- Τα μηχανήματα και εργαλεία να είναι πλήρη, καινούργια, αμεταχείριστα, τελευταίας τεχνολογίας και να περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη διενέργεια πλήρους εξέτασης/ιατρικής πράξης.
 - Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών θα αναφέρονται υποχρεωτικά στο φύλλο συμμόρφωσης και θα τεκμηριώνονται με αντίστοιχα προσπέκτους, εγκρίσεις κ.λ.π. στοιχεία για να αξιολογηθούν.
 - Όλα τα προσφερόμενα απαραίτητα θα πρέπει να είναι του ιδίου οίκου.
 - Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να φέρουν το CE Mark πιστοποιημένο από επίσημο φορέα.
 - Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο έτη.
 - Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν υποχρεωτικά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών.
1. Να είναι φορητό σύστημα, με οθόνη υψηλής ευκρίνειας LCD τουλάχιστον 3 ιντσών με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 - Να παρέχει εικόνα υψηλής ανάλυσης ακόμα και σε έντονο "φως ημέρας".
 - Να διαθέτει ευρεία γωνία θέασης, να αναφερθεί.
 - Να είναι πλήρως αδιάβροχο.
 - Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία με διάρκεια χρήσης τουλάχιστον 1 ώρα. Η μπαταρία να είναι αποσπώμενη.
 - Η οθόνη να είναι περιστρεφόμενη και είναι έτοιμο προς χρήση με την περιστροφή της, χωρίς κουμπί on/off.
 2. Τα διαθέσιμα βιντεολαρυγγοσκόπια να τεχνολογίας CMOS και να διαθέτουν ενσωματωμένη πηγή φωτισμού τεχνολογίας LED.
 3. Οι λάμες να είναι τύπου Macintosh και Miller σε διάφορα μεγέθη, κατάλληλες και για άμεση λαρυγγοσκόπηση.
 4. Το σύστημα να δύναται να συνδεθεί με λάμα δύσκολης διασωλήνωσης για ανατομικές περιπτώσεις ασθενών όπως C&L III και IV είτε ενηλίκων είτε παιδιών.
 5. Τα βιντεολαρυγγοσκόπια να είναι πολλαπλών χρήσεων. Να είναι κατάλληλα για απλό ή μηχανικό καθαρισμό και απολύμανση - αποστείρωση με τις μεθόδους αερίου πλάσματος.
 6. Το άκρο της εκάστοτε λάμας να είναι ορατό στην εικόνα για καλύτερο προσανατολισμό.
 7. Να περιλαμβάνονται:
 - μόνιτορ
 - βιντεολαρυγγοσκόπιο με λάμα τύπου Macintosh no 4
 - μονάδα φόρτισης της μπαταρίας,
 - καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ για μεταφορά δεδομένων.