



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
5<sup>Η</sup>Υ.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΗΜ/ΝΙΑ: 10.03.2026  
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2247

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ..... 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ  
ΠΛΗΡΟΦ. .... ΜΗΤΑΛΑΣ Θ.  
ΤΗΛ. .... (22653) 50131  
E-MAIL ..... [log1@gnamfissas.gr](mailto:log1@gnamfissas.gr)

ΘΕΜΑ ➤ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΣΧΕΤ ➤ ΤΑ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 2125, 2126/22.01.2026 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ( προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και λοιπές τροποποιήσεις αυτού,
- το άρθρο 6 και το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016,
- τις υπηρεσιακές ανάγκες του Νοσοκομείου,

#### ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

#### ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν **ενδεικτικές οικονομικές προσφορές**, μέχρι την **ΤΡΙΤΗ 17.03.2026** στην ηλεκτρονική διεύθυνση [log1@gnamfissas.gr](mailto:log1@gnamfissas.gr) στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, στο πλαίσιο έρευνας αγοράς, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Αμφισσας, (CPV: 33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός), σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος.

Παρακαλούμε οι προσφορές να είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών (εφόσον υπάρχει), και να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον:

- Τιμή μονάδας και συνολική τιμή (πλέον ΦΠΑ)
- Διαθεσιμότητα και χρόνος παράδοσης
- Χρόνος ισχύος των προσφορών: τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες
- Πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα

**Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ 5<sup>ΗΣ</sup> ΥΠΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ**

Λοιπές διευκρινίσεις:

Η παρούσα πρόσκληση αφορά αποκλειστικά τη διενέργεια έρευνας αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για την συλλογή στοιχείων και τον προσδιορισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού, και οι ενδεικτικές τιμές δεν είναι δεσμευτικές για το Νοσοκομείο ή για τον Οικονομικό φορέα.

Η μετέπειτα προμήθεια θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, έχοντας ως κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής.

- 0 -  
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

**1. ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΙΞΩΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ-ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-27-01-0004)**

(μετά 40 mg νατρίου άλας της θειϊκής χονροϊτίνης - 30mg υαλουρονικό νάτριο ανά ml)

Το οφθαλμικό ιξωδοχειρουργικό βοήθημα να είναι ένα στείρο, ελεύθερο πυρετογόνων, ιξωδοελαστικό διάλυμα και να περιέχει υψηλής καθαρότητας, μη αντιφλεγμονώδη, μέσου μοριακού βάρους μετά νατρίου άλας της θειϊκής χονροϊτίνης και υαλουρονικό νάτριο. Να έχει ιξώδες 40.000 +- 20.000 cps με ταχύτητα διάτμησης 2 sec<sup>-1</sup>, 25ο C.

**2. ΣΕΤ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-27-02-0059)**

Σετ πλύσης αναρρόφησης 23G αμφίχειρο μιας χρήσεως αποστειρωμένο σε μια συσκευασία με άκρο από πολυμερές υλικό για την μέγιστη προστασία του περιφακίου κατά την επέμβαση καταρράκτη.

**3. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(CUSTOM PACK) (ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-27-02-0023)**

Χειρουργικό Πακέτο φακοθρυψίας μιας χρήσεως με κασέτα κλειστού τύπου μίας χρήσεως, να λειτουργεί με περισταλτική αντλία και να καταλήγει σε ασκό περισυλλογής υγρών κλειστού κυκλώματος. Η κασέτα πρέπει να δίνει την δυνατότητα ρύθμισης με γραμμικό έλεγχο του κενού έως τουλάχιστον 600mmHg, του ρυθμού αναρρόφησης έως τουλάχιστον 40cc/min, ώστε να διατηρείται διεγχειρητικά σταθερή ενδοφθάλμια πίεση και συνθήκες αποφυγής αθαλαμίας με ενσωματωμένο αυτοματοποιημένο άξονα ορού. Η δυνατότητα κοπής να γίνεται με κλασσικούς υπερήχους σε ευθεία δέσμη αλλά και με δυνατότητα του μαχαιριδίου υπερήχων να εκτελεί συνδυασμένη κίνηση (κυκλική, ελλειπτική, στρέψης, εκκρεμοειδής). Ο χειρουργός δύναται να επιλέξει τον τρόπο κοπής ανεξάρτητα ή συνδυαστικά. Το σύστημα να διαθέτει τεχνολογία δυναμική διαχείρισης των υδραυλικών έτσι ώστε ο χειρουργός να μπορεί να επιλέξει την επιθυμητή ενδοφθάλμια πίεση, η οποία να διατηρείται σταθερή κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ανεξάρτητα από του χειρισμούς που πραγματοποιούνται

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ 15ΜΟΙΡΩΝ	TEM 1
ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ 2,75MM, ANGLED	TEM 1
ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 140X140	TEM 1
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΕ ΣΑΚΟ 100X120 CM	TEM 1
ΒΕΛΟΝΑ ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 27G	TEM 1
ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΨΟΥΛΟΡΗΣΗΣ 27G	TEM 1
ΣΠΟΓΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟ (ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ)	TEM 1
ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ L,XLONG	TEM 2
ΓΑΝΤΙΑ ΤΥΠΟΥ GAMMEX 7½	TEM 1
ΓΑΝΤΙΑ ΤΥΠΟΥ GAMMEX 8	TEM 1
ΣΥΡΙΓΓΑ 1 ML	TEM 1
ΣΥΡΙΓΓΑ 5 CC	TEM 2
ΣΥΡΙΓΓΑ 3 ML	TEM 2
ΟΦΘΑΛΜ. ΕΠΙΘΕΜΑ ΟΒΑΛ ΣΧΗΜΑΤΟΣ	TEM 1
ΓΑΖΕΣ 12ΑΠΛΗ 10X10CM	TEM 10

Σημείωση: όλα τα παραπάνω υλικά να περιλαμβάνονται μέσα στο πακέτο και όχι εκτός μεμονωμένα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη αποστείρωση και ασφάλεια.

**4. ΛΟΓΧΗ 20G (ΚΩΔΙΚΟΣ: 11-21-08-0020)**

Μαχαιρίδιο φακοθρυψίας μιας χρήσης κεκαμένο, 3,0 χιλ. με άνω και κάτω κοπτικά σημεία, από ιατρικό χάλυβα με ειδικό σχεδιασμό για οφθαλμολογικές επεμβάσεις, ειδική επίστρωση κατά των αντανάκλασεων του μικροσκοπίου και ειδική σήμανση στα 2 χιλ. ώστε να υπάρχει η δυνατότητα οπτικής αξιολόγησης από το χειρουργό του βάθους της τομής.

**ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	01-27-01-0004	ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΩΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΕΓΧΕΙΡ.ΚΑΤΑΡΡΑΚ	20
2	01-27-02-0059	ΣΕΤ ΠΛΥΣΗΣ ΑΜΦΙΧΕΙΡΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 23G	12
3	01-27-02-0023	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(CUSTOM PACK)	30
4	11-21-08-0020	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ 3.00 (ΛΟΓΧΗ 20G, 1.4mm)	18