



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
5<sup>Η</sup>Υ.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΗΜ/ΝΙΑ: 10.02.2026  
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1329

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ..... 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ  
ΠΛΗΡΟΦ. .... ΜΗΤΑΛΑΣ Θ.  
ΤΗΛ. .... (22653) 50131  
E-MAIL ..... [log1@gnamfissas.gr](mailto:log1@gnamfissas.gr)

ΘΕΜΑ ➤ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΠΛΗΡΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
ΣΧΕΤ ➤ ΤΟ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 1269/06.02.2026 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ( προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και λοιπές τροποποιήσεις αυτού,
- το άρθρο 6 και το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016,
- τις υπηρεσιακές ανάγκες του Νοσοκομείου,

#### ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

#### ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν **ενδεικτικές οικονομικές προσφορές**, μέχρι την **ΤΡΙΤΗ 17.02.2026** στην ηλεκτρονική διεύθυνση [log1@gnamfissas.gr](mailto:log1@gnamfissas.gr) στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, στο πλαίσιο έρευνας αγοράς, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΠΛΗΡΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, (CPV: 33169000-2 Χειρουργικά όργανα), σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος.

Παρακαλούμε οι προσφορές να είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών (εφόσον υπάρχει), και να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον:

- Τιμή μονάδας και συνολική τιμή (πλέον ΦΠΑ)
- Διαθεσιμότητα και χρόνος παράδοσης
- Χρόνος ισχύος των προσφορών: τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες
- Πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα

**Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ 5<sup>ΗΣ</sup> ΥΠΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ**

#### Λοιπές διευκρινίσεις:

Η παρούσα πρόσκληση αφορά αποκλειστικά τη διενέργεια έρευνας αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για την συλλογή στοιχείων και τον προσδιορισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού, και οι ενδεικτικές τιμές δεν είναι δεσμευτικές για το Νοσοκομείο ή για τον Οικονομικό φορέα.

Η μετέπειτα προμήθεια θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, έχοντας ως κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής.

- 0 -  
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

## ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. 2Χ ΟΠΤΙΚΑ ΤΡΟΚΑΡ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ - 5ΜΜ, ΔΙΥΝΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ BIRD TIP, ΜΗΚΟΣ - 95ΜΜ, , ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ CO2 STOP COCK ΓΙΑ ΔΙΠΛΗ ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΡΑΒΔΩΤΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ . ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΩΣ 5ΜΜ
2. 1Χ ΟΠΤΙΚΟ ΤΡΟΚΑΡ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ - 10ΜΜ, ΔΙΥΝΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ BIRD TIP, ΜΗΚΟΣ - 95ΜΜ, ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ,ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ CO2 STOP COCK ΓΙΑ ΔΙΠΛΗ ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΡΑΒΔΩΤΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ . ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 10ΜΜ
3. 1Χ ΤΡΟΚΑΡ ΤΥΦΛΟΥ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΥΠΟΥ HASSON ΜΕΓΕΘΟΥΣ 1)10ΜΜ ΜΗΚΟΥΣ 100ΜΜ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΣΠΟΓΓΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ, ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ,ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ (ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ, ΕΙΣΟΔΟ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΚΗΛΗΣ ,ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟΥ ,ΚΟΙΛΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ,ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ, ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΛΠ.) ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ CO2, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ.
4. 1Χ ΚΥΡΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΣΤΥΛΕΟΥ 5ΜΜ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ, ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360\* ΜΟΙΡΩΝ.
5. 1Χ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ GRASPER ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΣΙΑΓΟΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΣΤΥΛΕΟΥ 5ΜΜ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360\* ΜΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ.
6. 1Χ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ GRASPER ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΣΙΑΓΟΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΣΤΥΛΕΟΥ 5ΜΜ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360\* ΜΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ.
7. 1Χ ΛΑΒΙΔΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ (ΝΤΙΣΕΚΤΕΡ) ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5ΜΜ, ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΙΑΓΟΝΕΣ & ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ, ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360\* ΜΟΙΡΩΝ.
8. 1Χ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗ ΤΥΠΟΥ ΝΙΤΙΝΟΛ "ΜΝΗΜΗΣ".ΧΩΡΙΣ ΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ.ΑΥΤΟΕΚΠΤΥΣΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕΙΛΕΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ. ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΣΤΕΙΛΕΟΥ 10ΜΜ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 200ΜΛ, 800ΜΛ ΚΑΙ 1200ΜΛ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΙ
9. 1Χ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΗΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 7 ΤΕΜΑΧΙΑ