



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5^ΗΥ.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΗΜ/ΝΙΑ: 08.05.2026
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4059

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ..... 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
ΠΛΗΡΟΦ. ΚΑΛΥΒΑ ΑΓΓ.
ΤΗΛ. (22653) 50131
E-MAIL diax2@gnamfissas.gr

- ΘΕΜΑ ➤ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
- ΣΧΕΤ ➤ ΤΟ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 3911/05.05.2026 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και λοιπές τροποποιήσεις αυτού,
- το άρθρο 6 και το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016,
- τις υπηρεσιακές ανάγκες του Νοσοκομείου,

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν ενδεικτικές οικονομικές προσφορές, μέχρι την **ΠΕΜΠΤΗ 14/05/2026** στην ηλεκτρονική διεύθυνση diax2@gnamfissas.gr στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, στο πλαίσιο έρευνας αγοράς, για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, (CPV: 33141114-2)**, σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος.

Παρακαλούμε οι προσφορές να είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών (εφόσον υπάρχει), και να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον:

- Τιμή μονάδας και συνολική τιμή (πλέον ΦΠΑ)
- Διαθεσιμότητα και χρόνος παράδοσης
- Χρόνος ισχύος των προσφορών: τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες
- Πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ 5^{ης} ΥΠΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Λοιπές διευκρινίσεις:

Η παρούσα πρόσκληση αφορά αποκλειστικά τη διενέργεια έρευνας αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για την συλλογή στοιχείων και τον προσδιορισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού, και οι ενδεικτικές τιμές δεν είναι δεσμευτικές για το Νοσοκομείο ή για τον Οικονομικό φορέα.

Η μετέπειτα προμήθεια θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, έχοντας ως κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής.

- 0 -
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ

A/A	Κωδικός Είδους	Περιγραφή Είδους	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ανευ ΦΠΑ 13%	Μ.Μ.	Ενδεικτική Ετήσια Ποσότητα	Αξία ανευ ΦΠΑ 13%	ΣΥΝΟΛΟ ANEY ΦΠΑ 13%
1	11-05-02-0004	ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 5x7,5 cm (ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ)		ΤΕΜ	180		- €
2	11-05-02-0005	ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΟΜΕΝΗ 10x20cm		ΤΕΜ	300		- €
3	11-05-13-0001	ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ (ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ)		ΜΕΤΡΟ	1500		- €
4	11-05-13-0002	ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ (ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ).		ΜΕΤΡΟ	25000		- €
5	11-05-03-0001	ΓΑΖΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ 10x10 cm		ΤΕΜ	650		- €
6	11-05-14-0001	ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. 8-ΠΛΗ Χ-RAY 40x40cm.		ΤΕΜ	11000		- €
7	11-05-04-0002	ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 8-ΠΛΗ 10x20cm.		ΤΕΜ	10000		- €
8	11-05-04-0003	ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 8-ΠΛΗ 5x5cm.		ΤΕΜ	7000		- €
9	11-05-04-0006	ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 8-ΠΛΗ Χ-RAY 10x20cm.		ΤΕΜ	15000		- €
10	11-05-04-0010	ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 12-ΠΛΗ 10x20cm		ΤΕΜ	10000		- €
11	11-05-04-0014	ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 12-ΠΛΗ Χ-RAY 10x20cm.		ΤΕΜ	1000		- €
12	11-05-11-0001	ΤΟΛΥΠΙΟ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ 1,5cm (8x8)		ΤΕΜ	3000		- €
13	11-05-11-0005	ΤΟΛΥΠΙΟ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ 40x40mm		ΤΕΜ	4000		- €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

α/α	ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	11-05-02-0004	Γάζα Αιμοστατική 5x7,5 cm (Κυτταρίνης)	Αιμοστατική γάζα Οξειδωμένης Αναγεννημένης Κυτταρίνης.-100% Οξειδωμένη Αναγεννημένη Κυτταρίνη Να έχει αντιμικροβιακή δράση ώστε να συμβάλει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου χειρουργικής λοίμωξης.
2	11-05-02-0005	Γάζα Αιμοστατική Αποστειρωμένη 10x20 mm	Η αντιμικροβιακή επίδραση κατά οργανισμών ανθεκτικών σε αντιβιοτικά να αποδεικνύεται, είτε από κλινικές μελέτες, είτε προσκομίζοντας απαραίτητα πιστοποιητικά, είτε επίσημο φυλλάδιο του εργοστασίου που να το επιβεβαιώνει. Να τοποθετείται και να αφαιρείται, χωρίς να κολλάει στα γάντια να σκίζεται ή να θρυμματίζεται.
3	11-05-13-0001	Γάζα Ακτινοσκοιερή Υδρόφιλη με το μέτρο	Η απορροφητική γάζα βάμβακος, να είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση Η γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου Ε.Ν.14079- 2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφάδες, συσσωμάτα κλωστών κ.λπ.) και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιοσδήποτε ουσία (μηχανέλαιο κ. α.). Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 cm 100+/- 5 Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση της κρόκης 30 Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο 24. Να φέρει μια ακτινοσκοιερή κλωστή ανά 30 εκατοστά cm υφάσματος. Οι γάζες θα πρέπει να έχουν πλάτος 90+/-1 εκατοστά και μήκος 100+/-1 μέτρων να είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ-ΖΑΚ) του ενός μέτρου ή σε φύλλα με τη μία διάσταση 90cm.σε απαραίτητη συσκευασία ανά πακέτο. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω: α)Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής, β)Το είδος του περιεχομένου, γ)Η ημερομηνία παραγωγής, δ)Ο αριθμός παρτίδας, ε)Οι διαστάσεις (μήκος -πλάτος), ζ)Η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη, η)Η σήμανση πιστότητας CE Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι να γίνονται σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079-2003 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκομισθείσας ποσότητας.

α/α	ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
4	11-05-13-0002	Γάζα Απλή Υδροφιλή με το μέτρο	<p>Η απορροφητική γάζα βάμβακος να είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση</p> <p>Η γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου E.N.14079- 2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφάδες, συσσωμάτα κλωστών κ.λ.π.) και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαιο κ. α.). Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 cm 100+/- 5 Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση της κρόκης 30 Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο 24</p> <p>Οι γάζες να έχουν πλάτος 90+/-1 εκατοστά και μήκος 100+/-1 μέτρων θα να είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης(ZIK-ZAK)του ενός μέτρου ή σε φύλλα με τη μία διάσταση 90cm.σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήματος να αναγράφονται τα παρακάτω: α)Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής, β)Το είδος του περιεχομένου, γ)Η ημερομηνία παραγωγής, δ)Ο αριθμός παρτίδας, ε)Οι διαστάσεις (μήκος -πλάτος, ζ)Η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη, η)Η σήμανση πιστότητας CE</p> <p>Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079-2003 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκομισθείσας ποσότητας.</p>
5	11-05-03-0001	ΓΑΖΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ 10X10cm	Γάζα βαζελινούχα ειδική για εγκαύματα 1ου,2ου,3ου βαθμού 10X10cm ± 1cm
6	11-05-14-0001	ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 8- ΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 40x40 cm	<p>Οι γάζες λαπαροτομίας να κατασκευάζονται από φύλλα υφάσματος γάζας βαμβακερής απορροφητικής.</p> <p>Η απορροφητική γάζα βάμβακος, είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση</p> <p>Η γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου E.N.14079- 2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφάδες, συσσωμάτα κλωστών κ.λ.π.) και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσία (μηχανέλαιο κ. α.). Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 cm 100+/- 5 Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση της κρόκης 30 Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο 24</p> <p>Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079-2003 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκομισθείσας ποσότητας.</p> <p>Το ύφασμα να φέρει μία ακτινοσκιερή κλωστή ανά φύλλο, η οποία θα είναι υφασμένη ή κολλημένη. Τα φύλλα γάζας θα πρέπει να είναι γαζωμένα περιμετρικά και χιαστί και να μην έχουν καθόλου ξέφτια. Θα φέρουν υφασμάτινο βρόγχο μήκους τουλάχιστον 15 εκατοστών και στη συνέχεια αυτού γαζωμένη ακτινοσκιερή βαριούχα ταινία, τουλάχιστον 3 εκατοστών μήκους και τουλάχιστον ενός εκατοστού πλάτους. (Μήκος-πλάτος Δίπλες 40x40 8πλη)</p>

α/α	ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
7	11-05-04-0002	ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 8-ΠΛΗ 10X20 cm	<p>ΓΑΖΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΑΠΛΗ , Υδρόφιλη, αρίστης ποιότητας, 100% βαμβάκι υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Η υπό προμήθεια γάζα να πληροί τους όρους της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079: 2003. Να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχισίματα, παραφασάδες συσσωματώματα κλωστών κ.τ.λ.) από χημικές ουσίες (θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα) και να μην είναι κατά τόπους ρυπαρή από οποιοσδήποτε ουσία (μηχανέλαια κ.τ.λ). Να είναι υψηλής απορροφητικότητας, άοσμη, σιδερωμένη και να μην είναι λοξοϋφασμένη, ενώ η ύφανση να είναι ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Να είναι κομμένες ισομετρικά, χωρίς ξέφτια, με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση και το πάχος της κλωστής να είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση.</p> <p>Να διατίθεται σε συσκευασία εύχρηστη, ασφαλή και πρακτική, των 100 τεμαχίων ανά πακέτο, στο οποίο να αναγράφεται η ποσότητα των τεμαχίων.</p> <p>Να φέρουν κωδικό παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής. Να είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική φαρμακοποιία και να φέρει σήμανση CE.</p> <p>Επί του εξωτερικού περιβλήματος να αναγράφονται τα παρακάτω:</p> <p>α. Τα στοιχεία του εργοστασίου, β. Το είδος του περιεχομένου, γ. Η ημερομηνία παραγωγής, δ. Ο αριθμός παρτίδας, ε. Οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος), ζ. Η σήμανση πιστότητας CE.</p>
8	11-05-04-0003	ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 8-ΠΛΗ 5X5 cm	<p>ΓΑΖΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΑΠΛΗ , Υδρόφιλη, αρίστης ποιότητας, 100% βαμβάκι υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Η υπό προμήθεια γάζα να πληροί τους όρους της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079: 2003. Να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχισίματα, παραφασάδες συσσωματώματα κλωστών κ.τ.λ.) από χημικές ουσίες (θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα) και να μην είναι κατά τόπους ρυπαρή από οποιοσδήποτε ουσία (μηχανέλαια κ.τ.λ).</p> <p>Να είναι υψηλής απορροφητικότητας, άοσμη, σιδερωμένη και να μην είναι λοξοϋφασμένη, ενώ η ύφανση να είναι ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Να είναι κομμένες ισομετρικά, χωρίς ξέφτια, με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση και το πάχος της κλωστής να είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση.</p> <p>Να διατίθεται σε συσκευασία εύχρηστη, ασφαλή και πρακτική, των 100 τεμαχίων ανά πακέτο, στο οποίο να αναγράφεται η ποσότητα των τεμαχίων.</p> <p>Να φέρουν κωδικό παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής. Να είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική φαρμακοποιία και να φέρει σήμανση CE.</p> <p>Επί του εξωτερικού περιβλήματος να αναγράφονται τα παρακάτω:</p> <p>α. Τα στοιχεία του εργοστασίου, β. Το είδος του περιεχομένου, γ. Η ημερομηνία παραγωγής, δ. Ο αριθμός παρτίδας, ε. Οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος), ζ. Η σήμανση πιστότητας CE.</p>

α/α	ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
9	11-05-04-0006	ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 8-ΠΛΗ X-RAY 10x20 cm	<p>ΓΑΖΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ, υδρόφιλη, αρίστης ποιότητας, 100% βαμβάκι υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Να πληροί τους όρους της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079: 2003. Να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχισίματα, παραφασάδες συσσωματώματα κλωστών κ.τ.λ.) από χημικές ουσίες (θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα) και να μην είναι κατά τύπους ρυπαρή από οποιεσδήποτε ουσία (μηχανέλαια κ.τ.λ).</p> <p>Να είναι υψηλής απορροφητικότητας, άοσμη, σιδερωμένη και να μην είναι λοξοϋφασμένη.</p> <p>Φέρει βαριούχο ακτινοσκιερό νήμα περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεικού βαρίου πλεγμένο κατά μήκος της γάζας και είναι ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας.</p> <p>Να διατίθεται σε συσκευασία ασφαλή και πρακτική και να φέρει κωδικό παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής.</p> <p>Να είναι κομμένες ισομετρικά χωρίς ξέφτια με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση με ορθογωνισμένη και όχι λοξή ύφανση, ενώ το πάχος της κλωστής να είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση.</p> <p>Η συσκευασία να είναι εύχρηστη 100 τεμάχια ανά πακέτο, στο οποίο να αναγράφεται η ποσότητα των τεμαχίων.</p> <p>Το πάχος της να είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική φαρμακοποιία.</p> <p>Επί του εξωτερικού περιβλήματος αναγράφονται τα παρακάτω: α. Τα στοιχεία του εργοστασίου, β. Το είδος του περιεχομένου, γ. Η ημερομηνία παραγωγής, δ. Ο αριθμός παρτίδας, ε. Οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος), ζ. Η σήμανση πιστότητας CE.</p>
10	11-05-04-0010	ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 12-ΠΛΗ 10X20 cm	<p>ΓΑΖΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΑΠΛΗ, Υδρόφιλη, αρίστης ποιότητας, 100% βαμβάκι υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Η υπό προμήθεια γάζα να πληροί τους όρους της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079: 2003. Να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχισίματα, παραφασάδες συσσωματώματα κλωστών κ.τ.λ.) από χημικές ουσίες (θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα) και να μην είναι κατά τύπους ρυπαρή από οποιεσδήποτε ουσία (μηχανέλαια κ.τ.λ).</p> <p>Να είναι υψηλής απορροφητικότητας, άοσμη, σιδερωμένη και να μην είναι λοξοϋφασμένη, ενώ η ύφανση να είναι ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Να είναι κομμένες ισομετρικά, χωρίς ξέφτια, με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση και το πάχος της κλωστής να είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση.</p> <p>Να διατίθεται σε συσκευασία εύχρηστη, ασφαλή και πρακτική, των 100 τεμαχίων ανά πακέτο, στο οποίο να αναγράφεται η ποσότητα των τεμαχίων.</p> <p>Να φέρουν κωδικό παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής. Να είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική φαρμακοποιία και να φέρει σήμανση CE.</p> <p>Επί του εξωτερικού περιβλήματος να αναγράφονται τα παρακάτω:</p> <p>α. Τα στοιχεία του εργοστασίου, β. Το είδος του περιεχομένου, γ. Η ημερομηνία παραγωγής, δ. Ο αριθμός παρτίδας, ε. Οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος), ζ. Η σήμανση πιστότητας CE.</p>

α/α	ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
11	11-05-04-0014	ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 12-ΠΛΗ X-RAY 10x20 cm	<p>ΓΑΖΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ, υδρόφιλη, αρίστης ποιότητας, 100% βαμβάκι υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Να πληροί τους όρους της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079: 2003. Να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχισίματα, παραφασάδες συσσωματώματα κλωστών κ.τ.λ.) από χημικές ουσίες (θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα) και να μην είναι κατά τύπους ρυπαρή από οποιεσδήποτε ουσία (μηχανέλαια κ.τ.λ).</p> <p>Να είναι υψηλής απορροφητικότητας, άοσμη, σιδερωμένη και να μην είναι λοξούφασμένη.</p> <p>Φέρει βαριούχο ακτινοσκιερό νήμα περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεικού βαρίου πλεγμένο κατά μήκος της γάζας και είναι ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας.</p> <p>Να διατίθεται σε συσκευασία ασφαλή και πρακτική και να φέρει κωδικό παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής.</p> <p>Να είναι κομμένες ισομετρικά χωρίς ξέφτια με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση με ορθογωνισμένη και όχι λοξή ύφανση, ενώ το πάχος της κλωστής να είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση.</p> <p>Η συσκευασία να είναι εύχρηστη 100 τεμάχια ανά πακέτο, στο οποίο να αναγράφεται η ποσότητα των τεμαχίων.</p> <p>Το πάχος της να είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική φαρμακοποιία.</p> <p>Επί του εξωτερικού περιβλήματος αναγράφονται τα παρακάτω: α. Τα στοιχεία του εργοστασίου, β. Το είδος του περιεχομένου, γ. Η ημερομηνία παραγωγής, δ. Ο αριθμός παρτίδας, ε. Οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος), ζ. Η σήμανση πιστότητας CE.</p>
12	11-05-11-0001	ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 8X8 (1.5cm)	<p>Τα τολύπια γάζας να κατασκευάζονται από ύφασμα γάζας όπως η βαμβακερή απορροφητική γάζα:</p> <p>Η απορροφητική γάζα βάμβακος, είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση</p> <p>Η γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου E.N.14079- 2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχισίματα, παραφάδες, συσώματα κλωστών κ.λ.π.) και να μην παρουσιάζει κατά τύπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαιο κ. α.). Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 cm 100+/- 5 Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση της κρόκης 30 Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο 24</p> <p>Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήματος να αναγράφονται τα παρακάτω: α) Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής, β) Το είδος του περιεχομένου, γ) Η ημερομηνία παραγωγής, δ) Ο αριθμός παρτίδας, ε) Οι διαστάσεις (μήκος -πλάτος), ζ) Η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη, η) Η σήμανση πιστότητας CE</p> <p>Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079-2003 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκομισθείσας ποσότητας.</p> <p>Επίσης τα τολύπια να έχουν διπλωμένα εσωτερικά άκρα χωρίς καθόλου ξέφτια. Να φέρουν ακτινοσκιερή κλωστή. (8X8) 1,5 cm</p>

α/α	ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
13	11-05-11-0005	<p>ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ</p> <p>40x40 cm</p>	<p>Τα τολύπια γάζας να κατασκευάζονται από ύφασμα γάζας όπως η βαμβακερή απορροφητική γάζα:</p> <p>Η απορροφητική γάζα βάμβακος, είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση</p> <p>Η γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου Ε.Ν.14079- 2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφάδες, συστώματα κλωστών κ.λ.π.) και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαιο κ. α.).</p> <p>Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 cm 100+/- 5 Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση της κρόικης 30 Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο 24</p> <p>Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήματος να θα αναγράφονται τα παρακάτω: α)Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής, β)Το είδος του περιεχομένου, γ)Η ημερομηνία παραγωγής, δ)Ο αριθμός παρτίδας, ε)Οι διαστάσεις (μήκος -πλάτος), ζ)Η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη, η)Η σήμανση πιστότητας CE</p> <p>Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079-2003 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκομισθείσας ποσότητας.</p> <p>Επίσης τα τολύπια να έχουν διπλωμένα εσωτερικά άκρα χωρίς καθόλου ξέφτια. Να φέρουν ακτινοσκοιερή κλωστή,ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 40x40</p>