



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
5<sup>Η</sup>Υ.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΗΜ/ΝΙΑ: 18.02.2026  
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1609

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ..... 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ  
ΠΛΗΡΟΦ. .... ΜΗΤΑΛΑΣ Θ.  
ΤΗΛ. .... (22653) 50131  
E-MAIL ..... [log1@gnamfissas.gr](mailto:log1@gnamfissas.gr)

ΘΕΜΑ > ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ  
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
ΣΧΕΤ > ΤΟ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 520/16.01.2026 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ( προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και λοιπές τροποποιήσεις αυτού,
- το άρθρο 6 και το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016,
- τις υπηρεσιακές ανάγκες του Νοσοκομείου,

#### ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

#### ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν **ενδεικτικές οικονομικές προσφορές**, μέχρι την **ΤΕΤΑΡΤΗ 25.02.2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00** στην ηλεκτρονική διεύθυνση [log1@gnamfissas.gr](mailto:log1@gnamfissas.gr) στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, στο πλαίσιο έρευνας αγοράς, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (CPV: 33193120-6 Πολυθρόνες με τροχούς), σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος.

Παρακαλούμε οι προσφορές να είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών (εφόσον υπάρχει), και να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον:

- Τιμή μονάδας και συνολική τιμή (πλέον ΦΠΑ)
- Διαθεσιμότητα και χρόνος παράδοσης
- Χρόνος ισχύος των προσφορών: τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες
- Πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα

**Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ 5<sup>ΗΣ</sup> ΥΠΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ**

Λοιπές διευκρινίσεις:

Η παρούσα πρόσκληση αφορά αποκλειστικά τη διενέργεια έρευνας αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για την συλλογή στοιχείων και τον προσδιορισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού, και οι ενδεικτικές τιμές δεν είναι δεσμευτικές για το Νοσοκομείο ή για τον Οικονομικό φορέα.

Η μετέπειτα προμήθεια θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, έχοντας ως κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής.

- 0 -  
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****ΚΑΡΕΚΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ**

Να διαθέτει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Εργονομικό σχεδιασμό
2. Ρυθμιζόμενους βραχίονες οι οποίοι να διαθέτουν αρθρώσεις και κατ'αυτό τον τρόπο μπορούν να ρυθμιστούν όσον αφορά τη θέση, το ύψος, την κλίση και την απόσταση από τον κορμό του χειρουργού
3. Οι αρθρώσεις να ακινητοποιούνται
4. Ρυθμιζόμενο ύψος καρέκλας υδραυλικά μέσω στεφάνης σε εύρος 560 έως 700mm
5. Πλάτη ρυθμιζόμενη οριζόντια και κάθετα με διαστάσεις (Υ) 350mm x (Π) 300mm ( $\pm$  5%) και γωνία -10ο έως +18ο
6. Κάθισμα με με διαστάσεις (Μ) 420mm x (Π) 460mm ( $\pm$  5%) και γωνία -14ο έως +3ο
7. Να διαθέτει βάση σε σχήμα Η με τέσσερις τροχούς οι οποίοι διαθέτουν φρένα ακινητοποίησης
8. Βάρος πολυθρόνας 25kg ( $\pm$  5%)