



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Υγείας
5η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Διεύθυνση Διοικητικού
Οικονομικό Τμήμα

Άμφισσα : 06-Ιουλ-18

Αρ. Πρωτ.: 4011

Προς: **ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

Ταχ. Δ/ση33100 Άμφισσα
Πληροφ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Γραφείο Προμηθειών: κα Μάνδρου
Τηλ. (22653) 50129
Fax (22650) 22086
E-maillog1@gnamfissas.gr

ΘΕΜΑ ► «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ έως : 12/07/18

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Γ.Ν. Άμφισσας, Γραφείο Προμηθειών, Ταχ. Δ/ση: Οικισμός Δροσοχωρίου , 33100, ΑΜΦΙΣΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ: ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 0,00 πλέον Φ.Π.Α.

Το Γ.Ν. Άμφισσας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των τμημάτων, προβαίνει σε πρόσκληση οικονομοτεχνικών προσφορών με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προκειμένου να προμηθευτεί τα κάτωθι υλικά:

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΧΟΛΙΑ
1		ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ με αισθητήρα αζώτου και εκτυπωτή	1	<u>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Πρέπει να φέρει σήμα CE • Να είναι κατάλληλος για την μέτρηση καυσαερίων καυστήρων ισχύς τουλάχιστον 700kW • Πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την Ελληνική Νομοθεσία όσο αφορά την μέτρηση καυσαερίων για καυστήρες πετρελαίου (άρθρο 4 του ΦΕΚ 2654Β/09-11-2011). • Να είναι ηλεκτρονικός με φωτιζόμενη οθόνη πολλαπλών ενδείξεων (τουλάχιστον 4) • Να διαθέτει Ελληνικό Μενού στην οθόνη

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΧΟΛΙΑ
				<ul style="list-style-type: none"> • Πρέπει να διαθέτει αισθητήριο αζώτου έως 5.000ppm • Να διαθέτει αισθητήριο διοξειδίου του άνθρακα (CO2) έως 4.000ppm, υπέρυθρης ακτινοβολίας (NDIR) • Να διαθέτει ακροδέκτη καμινάδας για ταυτόχρονη μέτρηση ελκυσμού • Να διαθέτει λειτουργία ρύθμισης του οξυγόνου αναφοράς (O2 Ref) • Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης θερμοκρασίας καυσαερίων και θερμοκρασία περιβάλλοντος • Να διαθέτει μνήμη καταγραφής των μετρήσεων και εκτυπωτή • Να είναι επαναφορτιζόμενο (να διαθέτει τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και τον φορτιστή) • Να έχει οδηγίες χειρισμού στα Ελληνικά & Αγγλικά. • Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών

- Οι προσφορές πρέπει να είναι σύμφωνες με το Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. και να έχουν ισχύ τουλάχιστον πέντε (5) μηνών.
- Η υποβολή των προσφορών μπορεί να γίνεται είτε μέσω e-mail στο log1@gnamfissas.gr είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο 22650-22086.
- Η σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών αν υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερότερους όρους για όμοιο προϊόν, ή σε περίπτωση προσφοράς προβληματικών προϊόντων εκ μέρους των εταιρειών.
- **Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο τμήμα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή, ύστερα από αποστολή εγγράφου αιτήματός μας, το αργότερο τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του αιτήματος.**
- Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε στην διαπραγμάτευση μόνο και εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.
- Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».
- Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια <http://et.diavgeia.gov.gr> και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Άμφισσας <http://www.gnamfissas.gr>

- 0 -

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ